

9. Dekontamineringserklæring (original)

Kære kunde

Alle produkter, som returneres til Leica Microsystems, eller som skal vedligeholdes på stedet, skal rengøres og dekontamineres i henhold til anvisningerne. Da det ikke er muligt at dekontaminere for sygdomme, som er forårsaget af prioner, som for eksempel CJD, BSE, CWD etc., må udstyr, der har været udsat for prøver indeholdende sådanne sygdomme, ikke returneres til Leica Microsystems med henblik på reparation. Reparation af udstyr, som er kontamineret med prioner, vil kun blive udført, når serviceteknikeren er blevet uddannet i håndteringen af risici, instrueret i de politikker og procedurer, der gælder det pågældende sted, og har fået udleveret personlige værnemidler.

Dette certifikat skal udfyldes, placeres på instrumentet, fastgøres til ydersiden af forsendelsesemballagen eller afleveres direkte til serviceteknikeren. Først når virksomheden eller serviceteknikeren har modtaget bekræftelsen på dekontamineringen, åbnes den modtagne pakke/indledes vedligeholdelsesarbejdet. Modtagne varer, som virksomheden opfatter som potentielle farekilder, returneres øjeblikkeligt til afsenderen for dennes regning. Bemærk! Mikrotom-måleren skal være pakket i den korrekte kasse.

Beskrivelse

Navn/model

Fabr.-nr.

KAT-nr.

Mængde



Sæt kryds i svar A, hvis det er relevant. Hvis ikke, skal du besvare alle spørgsmål frem til del B og angive de nødvendige ekstra oplysninger.

A Ja Dette apparat har ikke været i berøring med ufikserede biologiske prøver.

B **1** De indvendige eller udvendige dele af apparatet har været i berøring med følgende farlige substanser:

Ja Nej

Blod, kropsvæsker, patologiske prøver

yderligere oplysninger

Andre farlige biologiske substanser

Kemiske stoffer/sundhedsfarlige substanser

Andre farlige substanser

2

Dette apparat er blevet rengjort og dekontamineret:

Ja Nej

Hvis ja - med hvilke metoder?

yderligere oplysninger

Hvis nej* - angiv årsagen:

* Returner ikke apparatet uden skriftligt samtykke fra Leica Microsystems.

9. Dekontamineringserklæring (original)

3

Ja **Nej** Apparatet er blevet klargjort med henblik på sikker håndtering og transport.
 Anvend så vidt muligt den originale emballage.

Vigtigt at hensyn til korrekt modtagelse af sendingen:

Vedlæg en kopi ved forsendelsen, eller aflever den til serviceteknikeren. Afsenderen bærer ansvaret for returneringen af apparatet til Leica, hvis erklæringen mangler eller ikke er tilstrækkeligt udfyldt.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den nærmeste Leica-afdeling.

Leica intern: Angiv job- og RAN-/RGA-nummer, hvis de findes:

Job Sheet Nr.: _____

SU Return Goods Authorisation: _____

BU Return Authorisation Number: _____

Dato/underskrift

Navn

Stilling

e-mail-adresse

Institut

Afdeling

Adresse

Telefon

Fax



MICROSYSTEMS

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
69226 Nussloch, Tyskland

Telefon: ++49 (0) 6224 143 0

Fax: ++49 (0) 6224 143 200

www.leica-microsystems.com