

Arvoisa asiakas

Jokainen tuote, jonka lähetät takaisin Leica Microsystemsille tai joka on tarkoitus huoltaa paikan päällä, on puhdistettava ja dekontaminoitava ohjeiden mukaisesti. Laitteita, jotka ovat joutuneet kosketuksiin prioneista aiheutuvia sairauksia (esim. CJD, BSE, CWD) koskevien näytteiden kanssa, ei voida palauttaa korjattavaksi Leica Microsystemsille, koska tällaisten laitteiden dekontaminointi ei ole mahdollista. Prionien kontaminoimat laitteet voidaan korjata paikan päällä vain, kun huoltoteknikolle on ensin kerrottu mahdollisista riskeistä sekä laitoksen ohjesäännöistä ja menettelytavoista ja kun hänen käyttöönsä on annettu henkilökohtaiset suojavarusteet.

Täytä tämä todistus huolellisesti, kiinnitä se laitteeseen tai kuljetuslaatikon ulkopuolelle tai luovuta sen suoraan huoltoteknikolle. Vastaanotetut paketit avataan tai huoltotoimenpiteisiin ryhdytään vasta, kun yritys tai huoltoteknikko on saanut dekontaminointitodistuksen. Palautetut tuotteet, joita yritys pitää mahdollisena vaaranlähteenä, ähetetään välittömästi takaisin lähettäjälle. Huom: Mikrotomin terät tulisi laittaa niille kuuluviin laatikoihin.

Kuvaus

<input type="text"/>	
Nimi/malli	Valm.nro
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Luok.nro	Määrä
<input type="text"/>	<input type="text"/>



Merkitse rasti ruutuun A, jos sen tieto pitää paikkansa. Muussa tapauksessa vastaa kaikkiin kohdan B kysymyksiin ja anna myös tarvittavat lisätiedot.

Kyllä

A

Tämä laite ei ole joutunut kosketuksiin kiinnittämättömien biologisten näytteiden kanssa.

B

1

Laitteen sisä- ja ulko-osat altistuivat seuraaville vaarallisille aineksille:

Kyllä Ei

Veri, kehon nesteet, patologiset näytteet

Lisätietoja

Muut vaaralliset biologiset ainekset

Kemiall. aineet/terveydelle vaarall. ainekset

Muut vaaralliset ainekset

2

Tämä laite on puhdistettu ja kontaminoitu:

Kyllä Ei

Mikäli on, miten:

Lisätietoja

Mikäli ei*, ilmoita syyt:

* Laitetta ei saa palauttaa ilman Leica Microsystemsin kirjallista suostumusta.

3

Kyllä Ei

Laitte on valmisteltu siten, että sen käsittely ja käyttö on vaaratonta.

Käytä alkuperäistä pakkausta, jos se on käytettävissä.

Tärkeitä laitteen lähettämistä koskevia tietoja:

Liitä lähetyksen mukaan kopio tästä todistuksesta tai luovuta kopio huoltoteknikolle. Lähettäjä on vastuussa Leican palautuslähetyksistä, joiden syynä on todistuksen puuttuminen tai puutteellisesti täytetty todistus.

Ota yhteys Leican jälleenmyyjään, jos sinulla on jotakin kysyttävää.

Leica antamat tiedot: Mikäli tiedossa, anna Job- ja RAN-/RGA-numerot:

Job Sheet Nr.: _____

SU Return Goods Authorisation: _____

BU Return Authorisation Number: _____

Päiväys/allekirjoitus

Nimi

Asema

S-postiosoite

Laitos

Osasto

Osoite

Puhelin

Faksi



MICROSYSTEMS

Leica Biosystems Nussloch GmbH

Heidelberger Str. 17-19

69226 Nussloch, Germany

Phone: ++49 (0) 6224 143 0

Fax: ++49 (0) 6224 143 200

www.leica-microsystems.com